



LIPROTECT® Wartung. Sichere Gasversorgungsanlagen mit LIPROTECT®.



Allgemeines Eine wiederkehrende Wartung bzw. Überprüfung der zentralen Gasversorgung durch sachkundige Personen ist bei allen Zentralen Gasversorgungsanlagen vorgeschrieben. Die gesetzliche Grundlage dabei liegt in der Druckgeräteüberwachungsverordnung DGÜW-V, in welcher periodische Kontrollen vorgeschrieben sind.

Rechtliches Die Intervalle für diese verpflichtenden Kontrollen müssen vom Betreiber der Anlage festgelegt werden. Wir empfehlen die Prüfung der Zentralen Gasversorgungsanlage „jährlich“ durchzuführen, dieses Intervall findet man auch in der betreffenden ÖNORM M7387-1 bzw. der ÖNORM M7387-3. Auch die generelle Einstufung der Rohrleitung – ob nun hohes oder niedriges Gefahrenpotential vorliegt – gehört zu den Betreiberpflichten.

Kontrolle des Betriebes Bei einer Inspektion des Betriebes durch eine Behörde (z. B. nach besonderen Ereignissen) werden alle mit dem Vorfall in Zusammenhang stehenden Arbeitsmittel auf Einhaltung der Prüfpflichten kontrolliert. In weiterer Folge wird die bestimmungsgemäße Verwendung der Arbeitsmittel anhand der Betriebsanleitungen geprüft sowie ob die vom Hersteller vorgeschriebenen Wartungsintervalle eingehalten wurden.

Gesetzeskonforme Gasversorgung Eine ordentlich ausgeführte Wartung bzw. Überprüfung der Rohrleitung schützt den Betreiber der Anlage im Schadensfall vor rechtlichen Konsequenzen bzw. Strafen durch die Bezirksverwaltungsbehörden (Bezirkshauptmannschaft, Magistrat). Linde hat speziell ausgebildete Monteure – „sachkundige Personen gemäß DGÜW-V“ – die gesetzlich geforderte Wartungs- und Prüftätigkeiten in Betrieben mit einer zentralen Gasversorgung durchführen können.

Linde unterstützt Als serviceorientiertes Gasversorgungsunternehmen bieten wir Ihnen an, diese wichtigen, periodischen Kontrollen inklusive der dazugehörigen Dokumentation für Sie durchzuführen. Sie werden jährlich automatisch erinnert und können außerdem den für Sie passenden Termin für die Durchführung mitbestimmen.

Lieferumfang Regelmäßige Wartung/Kontrolle Ihrer Gasversorgungsanlage nach ÖNORM M7387-1 und -3.
Diese umfasst:

- die Dichtheitsprüfung an Rohrleitungen,
- die Prüfung auf Dichtheit, Zustand und Funktion an Gaszentralen und Ausrüstungsteilen,
- die Ausstellung der Prüfdokumente

Ihr Nutzen

- Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen
- Kosteneinsparung durch Vermeidung von Unfallfolgekosten
- Erkennen von Gasverlust bei Leckage und Vermeidung von Anlagenausfällen
- Wichtiger Beitrag zur Anlagensicherheit, Arbeitnehmerschutz und Umweltschutz
- Basis für Zertifizierungen und Audits
- Dokumentation bei Versicherungsfragen

Zusatznutzen

- Vorzeitiges Erkennen und Austausch defekter Hardwarekomponenten
- Kompetente Beratung bei Ihnen vor Ort (betreffend Zentraler Gasversorgungsanlage)
- Zeitersparnis, da Sie sich auf Ihre Kernkompetenzen konzentrieren können

Fragen Wenden Sie sich an Ihren zuständigen Kundenbetreuer oder kontaktieren Sie unseren Innendienst, Telefon 050.4273-1417.



Gerne können Sie auch „online“ Kontakt mit uns aufnehmen:

→ www.linde-gas.at/liprotect